

## ご意見・ご要望に対する当院としての取り組み（2020年11月投書分より）

皆様から寄せられた ご意見・ご要望等	当院としての取り組み、方針等
産科外来において、体温計を非接触型にしていただけると、皆さん安心できると思います。	現状として、非接触型体温計は、産科外来にも配置しておりますが、腋窩体温計との誤差があります。妊産婦は、測定部位により体温変化もあるため、腋窩体温計を消毒して使用しています。体温計については、職員より十分説明して、不安をあおらないように、案内掲示などでも対応したいと思えます。 貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございます。

貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。